

Powiat Opatowski
Ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

ZK-I.5520.16.2021

Opatów dnia 2.06.2021 roku

POWIAT OPATOWSKI

ul. H. Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

NIP: 863-168-47-10, REGON 830409212

**Do Wszystkich Wykonawców
zainteresowanych
Ogłoszeniem
nr 2021-23155-51358**

Wyjaśnienia nr 2

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – Art. 6a

„Zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego w ramach zadania: „Wsparcie podmiotów i instytucji w walce z COVID-19” w ramach realizacji projektu pn.: „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Zadania nr 1. Urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii

Czy Zamawiający zgodzi się na parametr : Ustawienia temperatury 31,34,37 stopni C?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający w specyfikacji produktu określił:

-Minimum 3 zakresy ustawienia temperatury: **30, 35, 37 stopni C (+/-1).**

W związku z powyższym zamawiający wyraża zgodę na parametry ustawienia temperatury w zakresie 31, 34,37 stopni C.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 10. Pulsoksymetr medyczny napalcowy.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr pracujący w zakresie ciśnienia atmosferycznego 86kPa-106kPa?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru, w którym określono środowisko pracy, ciśnienie atmosferyczne 86kPa – 106 kPa.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 10. Pulsoksymetr medyczny napalcowy.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyświetlaczem OLED ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z wyświetlaczem OLED.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 10. Pulsoksymetr medyczny napalcowy.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiarowym 30 BPM-240BPM ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru z zakresem pomiarowym 30 BPM – 240 BPM.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 10. Pulsoksymetr medyczny napalcowy.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr tylko z certyfikatem CE EMC zgodny z normą IEC6061-1-2?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru tylko z certyfikatem CE EMC zgodny z normą IEC6061- 1-2.

Starosta Opatowski

/-/ Tomasz Staniek

Opracował:
A.Kargulewicz

